

N.S.S 硬さ試験機

デジタルインデックスマスター Model DM-3



電子マイクロメーターの分解能は $0.2\mu\text{m}$ で、計測値を $0.2\mu\text{m}$ とびで表示します。

この状態で使用することは、ロックウェル指示計との比較が煩雑になりますので、補助表示器の計測値を1/2 にすることで煩雑さを解消します。

主要寸法

高さ… 約 160 mm
巾… 約 110 mm
奥行… 約 115 mm
重量… 約 3000 g

正規付属品

単4電池… 4 本 (本機内)
充電器… 1 個
格納箱… 1 個

※ 本器のデザイン及び寸法は、予告なしに変更される場合があります。

デジタルインデックスマスター試験成績表 (例)

目盛 測定範囲	補助表示器 (0 ~ 100)											
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
0~0.2mm	0	+0.1	+0.1	+0.1	0	-0.1	0	0	0	+0.2	0	(補正值)
	0	10.1	20.1	30.1	40.0	49.9	60.0	70.0	80.0	90.2	100.0	(目盛の読み)

株式会社 仲井精機製作所